

動作確認チェックシート

検査日	2020年3月4日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	質量分析計	電源	AC100~240V		
型式	REGA-Ptype				
メーカー名	アルバック				
機械Ser,No	—				
製造年月	—				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



起動2時間後の到達圧力です

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.5H] ※到達圧力チェックのみ

検査担当者[立野]



ユーザー名【 】 出荷日 年 月 日