

管理番号

H50359

# 動作確認チェックシート

検査日	2025年4月23日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	DC電源	電源電圧	単相85~264V	重量	15kg
型式	EX-750H2	周波数	50/60Hz		
メーカー名	高砂製作所	出力電圧	0~240V		
機械Ser.No	不明	電流	0~12.5A		
製造年月	不明	外寸	W190 D420 H140		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

**備考(動作確認内容・不具合内容等)**

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



CC動作 電流 12.5A 設定まで確認



測定結果 異常なし



CV動作 電圧 50V 100V 150V 設定  
電子負荷装置が150Vまでの仕様の為  
240Vはテスターにて測定



測定結果 異常なし

※ 出力測定 PLZ664WA (電子負荷装置使用) Max750W

取扱説明書(無)

**修理・改造履歴**

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 2.0 ]

検査担当者[ 永松 ]

ユーザー名[ ]

出荷日 年 月 日

