

管理番号

H60469

動作確認チェックシート(通電確認のみ)

検査日	2023年9月6日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	DC電源	電源電圧	単相 100V	寸法(WxDxH)	480x420x130
型式	Sparc-le V	周波数	50/60Hz	重量	
メーカー名	アドバンスドエナジー	出力電圧	0~115V		
機械Ser.No	280502	出力電流	0~0.5A		
製造年月	-				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

○外観・モニター確認
(通電確認のみ)



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK)	作業時間[0.5 H]	
検査担当者[山下]		
ユーザー名【 】	出荷日 年 月 日	