

管理番号

H60565

# 通電確認チェックシート

検査日	2024年6月18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	粘度計(E型)	電源電圧	AC100V	収納箱寸法	W330D330H400
型式	ELD	周波数	60 Hz	外寸	W290D310H330
メーカー名	トキメック			重量	約8kg
機械Ser.No	4844				
製造年月	年 月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

■ 外観・・・異常無し



■ 通電確認・・・動画有り

- ・モーターONにてスピンドル回転を確認
- ・モーター回転数切替 問題無し



取扱説明書(無)

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK)

作業工数[ 1H ]

(備考欄コメント)

※動画有り

[責任者]

検査担当者[ 菊竹 ]

ユーザー名[ ]

出荷日 年 月 日

