

管理番号

H61119

動作確認チェックシート

検査日	2022年 3月 7日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	クライオポンプ	到達温度	15(K)以下	
型式	CAP-121	最大加熱温度	70°C	
メーカー名	アネルバ	重量	29kg	
機械Ser.No	不明	起動時間	60分	
製造年月	不明	昇温時間	35分	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	×
3 SW設定	SWの機能は正常か。	—
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	—

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



- ① 起動開始20後
- ② クライオポンプ温度231K付近にてコールドヘッドより異音発生の為停止実施
- ③ 異音発生の為動作不良と判断致します。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業工数[2H]

検査担当者[今村 和彦]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

ASK INDEX