

管理番号

H61123

再動作確認チェックシート

検査日	2025年3月10日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クライオポンプ	フランジ径	12インチ		
型式	CAP-121R	到達温度	15K以下		
メーカー名	アネルバ	重量	30Kg		
機械Ser.No	SA4Z228				
製造年月	—				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



クライオポンプ(H61123:CAP-121R)



コンプレッサー(社内在庫品:NA0671)

到達圧力: 4.1×10^{-4} Pa

取扱説明書(無) ・社内在庫品(P-875CA)を使用して動作確認を実施しました。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間 [4.0 H]

検査担当 [立野]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

