

動作確認チェックシート


検査日	2022年 1月31日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	恒温水槽	外寸	Φ300 H170		
型式	BT-100				
メーカー名	スギヤマゲン				
機械Ser.No	-				
製造年月日	-				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	—
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	—

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

市水をウォータージャケット内に通し、水漏れを確認した。

異状なし



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.0H]

検査担当者[中野]

中野

ユーザー名【

】出荷日

年

月

日