

## 動作確認チェックシート


検査日	2021年 1月6日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	FFU(新品)	電源電圧	100v		
型式	MAC- II A-30DC	周波数	50/60Hz		
メーカー名	日本エアーテック	外寸	W400 D400 H165		
機械Ser,No	150-001466-004				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



ファン動作確認OK



フィルター異状なし

取扱説明書(有り)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 0.5H]

検査担当者[ 押鐘 ]

ユーザー名【 出荷日 年 月 日