

## 工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2020年 7月 21日
名称	顕微鏡(実体)
メーカー	Nikon
型式	SMZ-U
S/N	570403
年式	一年一月

【外観】



【仕様】

光学系	平行系(ズーム変倍式)	鏡筒	双眼鏡筒
		各種フィルター	—
総合倍率	7.5×～750×	ステージ	—
		ステージストローク	—
ズーム範囲	0.75×～75×		
		レボルバー	—
接眼レンズ	UW10xA/24	その他	
		照明装置	100VAC 50Hz/60Hz
		MORITEX	MHF-H50L RSO

視野内画像

チェック項目	
■ コンディション	評価
総合	視野内観察画像が二重に見える
外観	問題なし
光学系	問題なし
駆動系	問題なし
照明	問題なし
取扱説明書:無	

※観察画像が二重に見える、撮影不可。

【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:NG 作業工数[ 1.5 hr ]

検査担当者[ 雨宮 ]

※観察画像が二重に見える、分解及び調整。

