

H80781

動作確認チェックシート

検査日	2025年3月17日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	スクロール真空ポンプ	電源電圧	AC200-230V	寸法w、d、h	480x350x400
型式	XDS35i	周波数	(50 / 60)Hz	重量	48Kg
メーカー名	エドワーズ	排気速度	155/185L/min	IN	NW40
機械Ser.No	056218201	到達圧力	1Pa>	OUT	NW25
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 単相200Vで確認、弊社真空計で43Pa確認、1h連続運転。
- 2 圧力下がらない。



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力 (備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業工数[1.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

