

管理番号

H90237


動作確認チェックシート

検査日	2019年 11月 26日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ペンレコーダー	電源電圧	100V 50/60 Hz	チップペン	黒色、赤色
型式	VP-6722A	消費電力	15~20 VA		
メーカー名	National	固定レンジ	10mV、100mV、 1V、10V		
機械Ser.No	833417B122	ch数	2ch	寸法	W280 H130 D185 mm
製造年月	不明	入力抵抗	1MΩ±10%	重量	約 4 kg


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ◎SW類
 - POWER ON/OFF、CHART START/STOP、CH A UP/DOWN、CH B UP/DOWN 確認 OK
 - CHART SPEED (16、8、4、2、1、0.5)、cm/min cm/h 確認 OK
 - CH A RANGE (10mV、100mV、1V、10V)、RANGE調整ノブ、ZERO/RECORD 確認 OK
 - CH B RANGE (10mV、100mV、1V、10V)、RANGE調整ノブ、ZERO/RECORD 確認 OK
- ◎表示類
 - POWER LED、CHART START LED 点灯確認 OK
- ◎動作
 - CHART SPEED 切替動作確認 OK
 - 印字動作確認 OK
 - CH A、CH B ペン先動作、RANGE切替動作 確認 OK
 - CH A、CH B RANGE:10V、CHART SPEED:1での印字動作確認 OK



紙送り方向 →



紙送り方向 →

*DC電源 KIKUSUI PMC18-2A (管理番号JB0111) を使用して動作を確認

取扱説明書 (無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK) 作業工数[4.0H]	チップペン交換済	
検査担当者 [小俣]	年 月 日	
ユーザー名 [] 出荷日	年 月 日	