

管理番号

H90261

# 動作確認チェックシート

検査日	2019年 10月 7日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	薬液濃度モニター	電源電圧	DC24V 45W		
型式	CS-150C	周波数	-		
メーカー名	堀場製作所			インターフェース	RS-232C
機械Ser.No	4341497001			付属	DC電源
製造年月	年 月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	—

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類 ○ 100V コンセント接続プラグ 確認

◎ 表示類 ○ H2SO4, H2O2, H2O %濃度

◎ 動作 ○ 通電確認のみ  
結果 画面表示



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(保留) 作業工数[ 1H] 取説、確認薬液無い為、詳細確認出来ない。  
 検査担当者[ 佐藤 ]  
 ユーザー名[ ]出荷日 年 月 日

