

管理番号

H90381

動作確認チェックシート

電子式精密長期自記温湿度計

検査日	2017年 10月 6日			
型式	3-1124	電源	単2乾電池×2本	
メーカー名	いすゞ製作所	温度範囲	-15~40°C	
機械Ser.No	90760074	湿度範囲	0~100%	
製造年月	—			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	○
4 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・振動・漏電・モーター逆回転)はないか。	—
5 SW設定	SWの機能は正常か。	○
6 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・吸排気管の防塵処理・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 電源ON-OFF確認⇒OK
- 稼働日数切換SW(1.7.31)確認⇒OK
- 温湿度プロット確認一問題なし。(弊社動作チェック済デシケータ内設置にて比較確認実施 図1参照)
- 温湿度結果一同条件雰囲気にて同機種を比較、誤差確認。(約2.5時間)



図1



図2



図3

(※図1はデシケータ外観)

(※温度湿度の傾向は殆んど同じであり
現状実機の性能です)

温度: 22°C位で推移
湿度: 53.5%で推移

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK)

検査担当者[

ユーザー名【

作業工数[3 H]

雨宮(耕)

】出荷日

(備考欄コメント)

湿度調整要

年 月 日

[責任者]

