

管理番号

HA0897

# 動作確認チェックシート

検査日	2022年 6月 6日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	UV照射器	電源電圧	1相 100V	外寸	W290D470H440
型式	MUV-202U	周波数	50/60 Hz	重量	18 Kg
メーカー名	モリテックス	ランプ使用時間	3571.4h		
機械Ser.No	05578				
製造年月	年 月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

**備考(動作確認内容・不具合内容等)** 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常無し



・インターロック

シャッター開閉Sw ON時扉開でシャッター開閉ランプ消灯



・照射確認

ランプ点灯Sw Onでランプが安定するとランプ安定表示 点灯確認  
ランプ安定表示が点灯しないとスタートしない



・通電確認

主電源ランプSw 点灯 確認  
リモート操作BOX 電源ランプ 点灯 確認  
(本体 MANU/REMランプ 点灯)  
本体LAMP Sw Onで  
リモートBOX ランプ点灯Sw 点灯 確認

スタートSw Onでタイマー稼働確認



スタートSw タイマー 照射

主電源Offから約20分後停止 確認



本体 リモート操作BOX



電源Offランプ点灯 約20分後ランプ消灯

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 2H ]

検査担当者[ Tokunaga ]

ユーザー名[ ]

出荷日 年 月 日

