

# 動作確認チェックシート

検査日	2019年8月20日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ロータリーポンプ	電源電圧	三相200V~480V	モーター	2.2KW
型式	D65BCS PFPE	周波数	(50 / 60)Hz	外寸wxdxh	170x460x305
メーカー名	ライボルト	排気速度	65m <sup>3</sup> /h	吸気	NW40
機械Ser.No	11399 30000057487	オイル量	3.3L(フォンプリン)	排気	NW40
製造年月		到達圧力	8x10 <sup>-4</sup> mbar	(0.08Pa)	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4		
5		
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 50HZ,三相200V投入、弊社真空度計で9.9x10<sup>-2</sup>以下を確認、1h連続運転問題なし。

スター配線AC200~240V Δ配線380~480V(50HZ400V)

ミストコレクター別途



取扱説明書(無)



## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK) 作業工数[ 2.5H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名[ ]出荷日 年 月 日

(備考欄コメント)

フォンプリン仕様

[責任者]

