

工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2019年 12月 26日
名称	ウエハー検査顕微鏡
メーカー	OLYMPUS
型式	BHMJL
S/N	210750
年式	一年 一 月


【外観】



【仕様】

観察法	明視野	鏡筒	三眼鏡筒
照明系	ハロゲンランプ 12V/50W	ステージ	φ6"
総合倍率	50×, 200×, 500×	ステージストローク	—
接眼レンズ	WHK10×/20L	レボルバー	5個穴手動レボルバ
対物レンズ	MDPlan 5×/0.10	付属品	除振台
	MA 20×/0.40		照明電源
	MA 50×/0.70		

顕微鏡視野内画像



チェック項目	評価
■ コンディション	
総合	駆動系、光学系問題なし。
外観	問題なし。
光学系	問題なし。
駆動系	問題なし。
照明	問題なし。
手動レボルバー	問題なし。

取扱説明書: 無

【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作: OK 作業工数[2.5 Hr]

検査担当者[雨宮]

