

管理番号

HB0778

動作確認チェックシート

検査日	2020年 3月 11日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	露点計(水分計)	電源電圧	単相 100V 10W		
型式	MTS5-311-10	周波数	50 / 60Hz		
メーカー名	日本パナメトリクス	測定温度範囲	-80~20°C		
機械Ser.No	6505				
製造年月	2002年 月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	×
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○(NG)

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類 ○ POWER, ESC, ENTER, ▲, ▼ 確認

◎ 表示類 ○ LCD表示 確認

◎ 動作 ○ 大気中水蒸気分圧測定
20.50°C
26.59%



20.0°C 温度変化せず。E表示有

空気線図より露点温度を引く。 0.7°C
不一致 NG



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業工数[4H] センサー機能不良。

検査担当者[佐藤]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

