

管理番号

HB0805

動作確認チェックシート

検査日	2024年3月12日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ディスペンサー	電源電圧	AC100-240V	外寸	W200 D270 H75
型式	MS-10DX	周波数	50/60 Hz	重量	2.5Kg
メーカー名	武蔵エンジニアリング	吐出圧設定	0~0.2MPa		
機械Ser.No	1D010009227	吐出時間設定	最大9.99s		
製造年月	年 月	TIME/MAN切替	有		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

■ 外観・・・問題無し



■ 吐出確認

(社内フットスイッチとシリンジを接続して動作確認実施)



■ 通電確認

・TIME/MAN切替ランプ点灯確認

・モード【TIME】
(吐出圧設定:0.1MPa)吐出時間 右から 0.01/0.05/0.1/0.2/0.4s
タイマー正常に動作、吐出量の変化を確認・モード【MAN】
フットスイッチを押している間は吐出する事を確認

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK)	作業工数[1H]	※フットスイッチ付属無し。
検査担当者[菊竹]		
ユーザー名[]	出荷日 年 月 日	

