

動作確認チェックシート

検査日	2017年 12月 23日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	真空蒸着機	電源電圧	AC200v単相
型式	JEE-400	装置外寸	850x600x1250
メーカー	JEOL	ロータリポンプ	アルカテル 2012A
製造番号	EM95312216		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	△
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 装置電源投入、到達圧力 8×10^{-4} Pa、MAIN VALVE READYが点灯しないが特に問題なし。
- 2 カーボンロッドにて赤熱を確認、電流調整も問題なし。



操作説明書(無し)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2017 12 23	拡散ポンプ、オイル交換、ロータリポンプ同等品と交換	横内

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]
 動作(OK) 作業工数[10H]
 検査担当者[横内]
 ユーザー名 [] 出荷日 年 月 日

