

動作確認チェックシート

検査日	2024年 4月 1日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	LED照明電源	入力電源電圧	単相100-240V 122VA	電源出力:DC 24V/3.95A以下	
型式	PD3-10024-8-PI	周波数	50/60Hz兼用	HLV LIGHT	3.9W以下8チャンネル
メーカー名	CCS	寸法	W220×D95×H124	24V LIGHT	60W以下8チャンネル
Lot,No	272941A031	重量	約1500g		
製造年月	不明				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 性能	出力電圧/電流がスムーズに行なえるか。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認。 → 問題なし。
- 2、通電動作確認。 → 問題なし。(社内LED照明製品を負荷照明として通電動作確認。)
- 3、点灯制御動作確認。 → 問題無く制御(000~255)する。
(但し、操作パネルによる制御、外部制御は未確認。)
→ 「HLV LIGHT」「24V LIGHT」各L1~L8の8チャンネル確認。

調光値 000

調光値 010

調光値 255



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3.5H]
 検査担当者[佐藤(紀)]
 ユーザー名[

]出荷日 年 月 日

