

動作確認チェックシート

検査日	2023年 10月 2日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	静電気チェッカー	電源電圧	_____	帯電電位測定目盛	0~10KV
製造年月	不明	型名	I型 1480	電位測定距離	50mm
メーカー名	日本化薬	機械Ser.No.	621024	付属品	収納ケース
寸法	φ47mm×長さ355mm	重量	約230g		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観及びゼロスイッチ動作確認実施。→外観及びゼロリセット時メータ0表示動作問題なし。
- 2、静電気測定実施。→動作問題なし。(DC±電位帯電物の測定、社内測定器との測定比較で確認→ほぼ同等感度。)

動作確認

帯電電位測定 単位:kV		測定距離					
±帯電物電位	帯電±0金属板	+帯電4KV付近	+帯電9KV付近	+帯電10KV以上	-帯電3KV付近		
対象測定器	I型	0	約4	約9	約10オーバー	約3.3	50mm
比較測定器1	MODEL750	0	+4.1	+9.2	+16.7	-3.5	100mm



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力
 動作(OK) 作業工数[3H]
 検査担当者[小林(克)]
 ユーザー名[]

(備考欄コメント)

[責任者]



】出荷日 年 月 日