

管理番号

I40088

# 動作確認チェックシート

検査日	2023年 9月 12日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	DC電源	電源電圧	三相 2000 / 220V 15KW		
型式	PRK250-60-Lde	周波数	50/60 Hz		
メーカー名	松定プレジジョン	定電圧制御	0~250V		
機械Ser,No	139400S	定電流制御	0~60A	冷却方式	空冷
製造年月	年 月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類 ○ POWER, OUTPUT 確認  
○ SET, OVP/OCP, LOCK, VOLTAGE設定ダイヤル, CURRENT設定ダイヤル 確認

◎ 表示類 ○ 電圧, 電流, 電力値表示 確認  
○ (LEDステータス表示) LOCK, REN, CV, CC 確認

◎ 動作 ○ 出力設定 100V (負荷 50Ω, 10Kw max BIRD使用)  
100V, 1.93A

○ 出力設定 250V (負荷 50Ω, 10Kw max BIRD使用)  
250V, 4.94A

○ CG, CV 動作切替 確認



取扱説明書(有)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 4H]  
検査担当者[ 佐藤 ]  
ユーザー名[ ]  
出荷日 年 月 日

再動作確認実施 2024.4.23  
佐藤

