

管理番号

I40092

動作確認チェックシート

検査日	2018年 9月 17日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	DC電源	電源電圧	三相 200 / 220V 12KW 35A		
型式	PR250-35-166	周波数	50/60 Hz		
メーカー名	松定プレジジョン	定電圧制御	0~250V		
機械Ser.No	124419S	定電流制御	0~35A	冷却方式	空冷
de	年 1月	定電力制御	0~8.9KW		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	-
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類 ○ POWER, OUTPUT

確認

○ SET, OVP, VOLTAGE設定ダイヤル, CURRENT設定ダイヤル

確認

◎ 表示類 ○ 電圧,電流,電力値表示

確認

○ (LEDステータス表示) CV, CC

確認

◎ 動作 ○ 出力測定 KIKUSUI PLZ664WA(電子負荷装置)使用

CV動作 電圧 電流

10V 0.1~ 35.0A

50V 0.1~12.0 A

100V 0.1~ 6.0 A

150V 0.1~ 4.0 A 確認

CC動作 電流 電圧

5A 1.0~120 V

35A 1.0~ 17 V 確認



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
	インターロック解除	佐藤
	TB1 7-10-21 ショート	

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3H]

検査担当者[佐藤]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

