

(管理番号)

140339

FileMker入力

責任者

検査担当者



坂野

クライオポンプ動作確認チェックシート

検査日	2020年 11月 18 日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クライオポンプ	電源電圧	3相 200V	He圧	1.9MPa
型式	CRYOTEC-8	周波数	50・60Hz		
メーカー名	DAIKIN	冷却法			
機械Ser.No	3D104090A	吸気フランジ	VG200		
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 20Kクールダウン時間 61M
- 到達温度 12.0K
- 8.8×10⁻⁵ Pa
- 異音、He漏れ、性能等特に異常無 良品と判断します。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント)
動作(OK)【 工数 3.0 H 】