

管理番号

I70403

工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2019年 10月 17日
名称	測定顕微鏡
メーカー	OLYMPUS
型式	STM-MJS
S/N	891203
年式	一年 一 月

【外観】



【仕様】

観察法	落射式	CCDカメラ	OLYMPUS CS230
照明系	ランプ12V50W	ステージ	観察部φ100mm
照明電源	OLYMPUS TGH	ステージストローク(表示mm/inch)	X軸:±52.9650mm Y軸:±52.5150mm
対物レンズ	MDPlan 5 _x /0.10	その他	2軸カウンタ 表示部 OLYMPUS MMDC201 ブラウン管モニタ プリンタ Mitutoyo DP-1 HSutoyo
	MDPlan 10 _x /0.25		
	MDPlan 20 _x /0.40		

チェック項目

■ コンディション	評価
総合	問題なし。
外観	問題なし。
光学系	問題なし。
駆動系	問題なし。
照明	問題なし。

取扱説明書:無

使用基準器画像



対物レンズ 20x

【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[3.5 Hr]

検査担当者[雨宮]



【X軸測定画像】



測定位置 0.00mm



測定位置 0.01mm



測定位置 0.05mm



測定位置 0.10mm

【Y軸測定画像】



測定位置 0.00mm



測定位置 0.01mm



測定位置 0.05mm



測定位置 0.10mm