

動作確認チェックシート

検査日	2020年12月21日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	スクロールポンプ	電源・電圧	単相 100/200	排気速度	188・223L/min
型式	XDS10	周波数	50 / 60 Hz	電流値	8.0/7.5A
メーカー名	エドワーズ	到達圧力(規格値)	7 / 6Pa	モーター出力	0.3KW
機械Ser.No	119490461	吸気フランジ	NW25	重量	24Kg
製造年月	—	排気フランジ	NW25	外寸	250×430×270

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いかな。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いかな。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	×
6 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○



到達圧力: 15Pa



電流値: 6.6A

・暖気運転60分後、再起動時の測定値です。

* 測定値は規格を満たしておりません。規格値内でご使用の際はO/Hを推奨致します。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 到達圧力(NG)

作業工数[2.0H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【

】出荷日 年 月 日

