管理番号

I70650

動作確認チェックシート

検査日	2019年　2月　22日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	蒸着装置	電源電圧	3相200V	外寸	
型式	EX550-C12	周波数	60Hz	本機	W1520D877H1762 1000Kg
メーカー名	アルバック	クライオポンプ	CRYO-U 12H	操作盤	W560D839H1842 300Kg
機械Ser,No	XS99-7517	クライオコンプレッサー	C30MT	EB電源	W560D700H1200 36 5Kg
製造年月	2000年　5月	EB電源	HP-1010SG	クライオコンプレッサー	W453D510H680 135Kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○ ※1
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観・・・問題無し

内部写真

※1 ルツボ奥　穴あき有り（使用上 問題無し）

・動作確認

治具回転　（設定値変更で回転速度変動　確認）

蒸発源シャッター開閉

ルツボ回転　（ルツボ数　4個）

上記、動作　問題無し

・到達圧力

クライオポンプ立ち上げから20時間後

2.3×10^{-5}　Pa

・基板加熱

ハロゲンランプ点灯　確認

点灯時40A表示

・電子銃確認

（ビーム確認時　電圧8Kv 電流1.2A）

動作　問題無し

・モニター画面

蒸着操作画面

排気操作画面

取扱説明書（ 有 ）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File　Maker入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（ OK ）　作業工数[　40H　]

検査担当者[　Tokunaga　]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日