

管理番号

170725


# 動作確認チェックシート

検査日	2021年 1月 19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	LED照明電源	電源電圧	1相 100-240V	スポット照明	HLV2-3M-RGB-3W
型式	PD3-5024-4-PI	周波数	50/60 Hz	LED発光色	赤・緑・青
メーカー名	CCS	出力電圧(定格)	DC24V	ピーク発光波長	645/465/520nm
機械Ser.No	180330A014	定格容量	8コネクタ46W以下	電源外寸	W197D100H125
製造年月	年 月	カメラ	キーエンスXG-H035M	重量	約2Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

**備考(動作確認内容・不具合内容等** 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常無し



・点灯確認

スポット照明(型式:HLV2-3M-RGB-3W)

LED発光色(チャンネルL1:赤 L2:緑 L3:青)

各チャンネル切替にて点灯確認



スポット照明



チャンネル L1



L2



L3

・電源投入

表示確認

チャンネル切替S

調光設定SW動作確認

問題無し

調光調整ダイヤル動作にて調光変更確認 問題無し

・その他付属品

電動ズーム鏡筒(清和光学 型式:MS-524NS-MK-1F)

倍率0.75X-4.5X



CCDカメラ(キーエンス 型式:XG-H035M)



取扱説明書(無)

電動ズーム鏡筒 及び CCDカメラ 付属パーツ無の為、未確認

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 3H ]

LED照明電源本体のみ動作確認実施

検査担当者[ Tokunaga ]

ユーザー名[ ] 出荷日 年 月 日

