

動作確認チェックシート

検査日	2024年8月21日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	引張試験機 オートグラフ	電源	単相200V	負荷容量	20kN
型式	AG-X 20kNX	周波数	50/60Hz		
メーカー名	島津製作所	外形			
機械Ser.No	-	重量			
製造年月	2016年				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	—
4 保管・出荷準備	清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

- ・本体動作確認は、問題なし
- ・トラペジウムX分析ソフトと通信OK。
パソコンは、USBで通信を行う。
- ・試験内容: 養生テープで引張試験実施




本体の表示



コントローラー



初期画面



引張試験推移 約355Nで切断された

取扱説明書(有)

修理・改造履歴





年月日	修理・改造記録	作業者

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[5Hr]
 検査担当者[中野]
 ユーザー名【 】出荷日 年 月 日





養生シートで、引張試験実施

