

(管理番号)

IC0880

入力	責任者	検査担当者
		坂野

## 排気セット動作確認チェックシート

検査日	2022年 5月 15日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	排気セット	電源電圧	3相 200~240V	冷却法	水冷
型式	HC-30A+KMB101	周波数	50・60 Hz	ドライ排気速度	500ℓ/min
メーカー名	カシヤマ	吸気フランジ	NW-40	メカブ排気速度	100ℓ/min
機械Ser.No		排気フランジ			
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 到達圧力  $7.7 \times 10^{-1}$  Pa
2. モーター電流 ドライポンプ 5.3 A メカニカルブースターポンプ 1.62A
3. LOCAL MODEにて確認
4. 異音等特に異常無 良品と判断します。



取扱説明書(無)

### 修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

入力 (備考欄コメント)  
動作(OK) 工数 [ 3.0 H ]