

管理番号

IC0889

動作確認チェックシート

検査日	2019年6月27日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ドライデシケーター				
型式					
メーカー名	イウチ	棚板	3枚(プラ)		
機械Ser.No		外寸w、d、h	580x550x120	キャスター付きスタンド共に	
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	
3 SW設定		
4 絶縁抵抗		
5 消費電流		
6 保管・出荷準備	清掃等	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 蝶番交換、外湿度51%、庫内を70%に加湿し20h後両方とも54%であった。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2019年6月26日	蝶番交換。	上田

File Maker入力 (備考欄) デシケーターとしては使える。

[責任者]

動作(NG) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

