

動作確認チェックシート

検査日	2024年 5月 13日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	UV-LED照射器コントローラ	入力電源電圧	DC24V 3.8A	光源波長	385nm
型式	ZUV-C30H	ACアダプタ使用時	DC19V 4.2A		
メーカー名	オムロン	周波数	50/60Hz		
Lot,No	0749808	寸法	W85×D160×H130		
製造年月	不明	重量	約1.8kg		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 性能	出力電圧/電流がスムーズに行なえるか。	※
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認。 → 問題なし。
- 2、通電動作確認。 → 問題なし。
- 3、点灯制御動作確認。 → ※適用ヘッドユニットが無いため、本体通電確認、及び画面の遷移確認。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

通電(OK) 作業工数[2.0H]
 検査担当者[佐藤(紀)]
 ユーザー名[]

(備考欄コメント)

ACアダプター無.

[責任者]

】出荷日 年 月 日

