

# 動作確認チェックシート

検査日	2022年12月23日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	LED照明	電圧	100VAC	質量	約1.3kg
型式	MLEK-A080W2LR	入力電流	0.3A		
メーカー名	MORITEX	出力電流	0.8A		
機械Ser,No	1045A13279	周波数	50/60Hz		
製造年月	—	外形寸法	W75xH110xD190mm		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1.外観確認実施⇒問題なし。
- 2.通電点灯確認実施⇒問題なし。



CH2スイッチ(MAN)投入  
(電源の調光器にてMIN-MAX確認)



CH1スイッチ(MAN)投入  
(電源の調光器にてMIN-MAX確認)

取扱説明書:無

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[ 0.5 hr ]

検査担当者[ 雨宮 ]

