

管理番号

J10352

通電確認チェックシート

検査日	2026年1月28日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	ハロゲン光源装置(高輝度)	電源電圧	AC100V	
型式	YP-150I	周波数	50/60Hz	
メーカー名	山田光学工業	Set 重量	5kg	
機械Ser.No	S2204	電源外寸	W140 D205 H95	
製造年月	不明	ランプ外寸	W100 D275 H225	

△	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

○外観確認

- ・異常 無し



○通電確認

- ・AC100Vにて通電を確認 異常なし



※内製電源テスト機器にて実施

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

シラサギ

(備考欄コメント)

[責任者]

通電(OK) 作業工数[1.0]

検査担当者[中村]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日