管理番号

J10361

動作確認チェックシート

検査日	2019年　8　月29日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	コールドライト	電源電圧	単　相 100　V	ハロゲンランプ	15V　150W
型式	LA-150UE	周波数	50/60Hz	色温度	3100k
メーカー名	ハヤシレピック	消費電力	180W	平均照度	650000lX
機械Ser,No	007022	点灯方式	直流点灯	重量	2.6Kg
製造年月	不明	冷却方式	強制ファン	外寸	W115D130D231

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 電源ON,リモートボックスランプON,点灯確認、問題なし（マニュアル操作不可）
2. シャッター動作確認、明るさ調整確認、問題なし
3. ファイバー点灯確認、問題なし（照度測定を行わない）
4. 点灯確認ランプカバーないため、ワッシャーを取付した

カバーを取付及び点灯確認



ファイバー点灯確認

マニュアル操作不可

取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File　Maker入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］

動作（OK）　　作業工数[　3　H]

検査担当者[　程　　]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日

天野

ASK INDEX