管理番号

J10396

動作確認チェックシート

検査日	2020年　12月　22日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ドラフトチャンバー	電源電圧	単相　100V	排気ファン	未搭載
型式	EC-3-1500T	周波数	50/60 Hz	外寸（mm）	W1300D650H2150
メーカー名	ダルトン	前面サッシ	アクリル		
機械Ser,No	―	最大開口高さ	700mm		
製造年月	―	使用開口高さ	100～600mm		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等） 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

【外観確認】・・異常無

【スイッチパネル確認】

・通電⇒電源ランプ点灯確認

・照明⇒照明機能無

＊EC-3-1500Tには電装盤が付属されていない為、
通電確認は社内在庫（J10390)DFV11AK-18BA1の電装盤を使用して確認しました。

【排気風速計確認（TSI FHC50）**】**

＊LED点灯、モニター表示確認

＊ロータリーアクチュエーターを接続しないと通電及び表示しません。



（ロータリーアクチュエーター）

＊モニター表示には社内検査用ロータリーアクチュエーターを接続し確認実施。
（ロータリーアクチュエーターは付属致しませんので別途購入が必要です。）

＊使用用途に応じて配管及び排気ファンの設置をお願い致します。

取扱説明書（ 無 ）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］

動作確認（ OK ）　作業工数［ 2.5H ］

検査担当者［ 立野 ］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日

天野

ASK INDEX