

管理番号

J10609

動作確認チェックシート

検査日	2024年2月15日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ロータリーポンプ	電源・電圧	三相 200V	冷却法	水冷
型式	VS1501	周波数	50・60 Hz	電流値	22.4/21.4A
メーカー名	アルバック	吸気フランジ	VG80		
機械Ser.No	A35A-00667	排気フランジ	VG50		
製造年月	—	規格値(到達圧力)	5.3Pa		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	—
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○
6	到達確認	機器仕様/規格値を満たしているか。	※1○



※1 到達圧力：7.5Pa

電流値：10.2A

取扱説明書(無) * 暖気運転60分後、再起動時の到達圧力です。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[3.0H]

検査担当者[金子]

ユーザー名【】出荷日 年 月 日

