

管理番号

J10610

動作確認チェックシート

検査日	2023年12月5日 (機械の仕様・規格を記入する。)				
商品名	ロータリーポンプ	電源・電圧	3相 200V	冷却法	水冷
型式	VS1501	周波数	50・60 Hz	モーター出力	5.5KW
メーカー名	アルバック	吸気フランジ	VG80相当		
機械Ser.No	A35A-00666	排気フランジ	VG50相当		
製造年月	—	規格値(到達圧力)	5.3 Pa		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○



・到達圧力: 4.3Pa

・電流値: 9.75A

* 暖気運転60分後、再起動時の到達圧力です。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[2.5H]

検査担当者[立野]



ユーザー名【 】出荷日 年 月 日