

管理番号

J10663

## 通電確認チェックシート

検査日	2024年5月21日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	エッチングドラフト	電源電圧	3相200V×2個	排水径	30A
型式	—	作業面高さ	900mm	排気径	40A
メーカー名	—	作業スペース	W700D550	水槽	3個
機械Ser.No		照明	LED(オレンジ)	外寸	W950D710H1840
製造年月	年 月	給水径	1月2日	重量	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	—

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

## ・外観



## ・ポンプ可動

エア圧力設定:0.5MPa

ポンプSw ONで起動確認

ポンプコントローラー表示ランプ点灯




## ・通電確認

照明点灯(オレンジ色) 確認

N2圧力不足 アラームランプ点灯

純水圧力不足 アラームランプ点灯



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK)

作業工数[ 1h ]

(備考欄コメント)

※排気ファン別途必要

[責任者]

検査担当者[ Tokunaga ]

ユーザー名[ ]

出荷日 年 月 日

