管理番号

J10723

動作確認チェックシート

検査日	2025年　6月　6日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	マグミキサー	電源電圧	1相　100V	外寸	W278 D290 H100
型式	MC800	周波数	50/60 Hz	重量	4,3Kg
メーカー名	ヤマト科学	撹拌容量	100-10000ml		
機械Ser,No	320011	回転数	100-1500rpm		
製造年月	年　月	撹拌台寸法	W270 D243		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観

剝がれあり

・通電確認

電源ランプ点灯　確認

・撹拌動作　（動作条件：撹拌子65mm）

回転SW　2メモリ



回転SW　6メモリ

回転SW　10メモリ(MAX)

・正転逆転動作

タイマー20秒設定で正転逆転切り替わり　確認

正回転

逆回転

タイマー

取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作（OK）　作業工数[3h　]

検査担当者[甲木　]

ユーザー名【　】

（備考欄コメント）

出荷日　年　月　日

[責任者]

穂苅