管理番号

J20144

動作確認チェックシート

検査日	2019年　9月　30日
商品名	オシロスコープ
型式	V-552
メーカー名	HITACHI
機械Ser,No	9097871
製造年月	年　月

（機械の仕様・規格を記入する。）

電源電圧	100V 単相	感度	1/2ｃH共 1mV～5V/div ×5/1mV
電源周波数	50 Hz		
CH数	2		
周波数特性DC	～50 MHz -3dB		
SWEEP	0.2Sec～0.2uSec/div *MAG×10		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	－
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等） 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎SW類　○ POWER 確認

◎表示類　○ 波形表示せず NG

○ POWER、バックライト、SWP VER UNCAL、VOL TS/DIV UNCAL の表示点灯 確認

◎動作　○ 波形観測 確認できず NG



取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File　Maker入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（　NG　）　作業工数[3.0 H]

担当者[　　小俣　　]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　月　日

穂苅