管理番号

J30398

動作確認チェックシート

検査日	2019年　5月　28日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ダイアフラムポンプ	電源(周波数)	単相　200V	冷却法	電動ファン
型式	MD4T	周波数	50/60Hz	外形寸法(mm)	243×325×198
メーカー名	バキューブランド	吸気/排気ノズル	外形10mm	重量	14.3Kg
機械Ser,No	20316701	排気口	排気フイルター		
製造年月	―	規格値(到達圧力)	1.1Torr (146Pa)		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

最終到達圧力 :1.6Torr (208Pa)　　電流値:1.1A

＊起動2時間後の測定値です。　＊到達圧力は規格値を満たしておりません。

(規格値内にて使用の際はオーバーホールが必要です)

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File　Maker入力　　(備考欄コメント)　　[責任者]

動作(OK)　　作業工数[2.5H]

検査担当者[　　立野　　]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日

天野

ASK INDEX