

管理番号

J30433

通電確認チェックシート

検査日	2024年3月12日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	分圧真空計	電源	AC100V		
型式	QIG-066	周波数	50/60Hz		
メーカー名	ANELVA	寸法(W×D×H)	210×360×80		
機械Ser.No	AT906022	重量	7.5Kg		
製造年月	2002年				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

【 検査環境 】

¥



【 レンジ切り替え 】



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

通電確認 (OK)

作業時間[1.0H]

検査担当者[立野]



ユーザー名【

】出荷日

年

月

日