

管理番号

J30608

## 動作確認チェックシート

検査日	2023年7月25日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	コンタクトゲージ	電源電圧	1相 100V	外寸	W200D280H430
型式	CGX	周波数	50/60 Hz	重量	6.5 Kg
メーカー名	NEITZ	接眼レンズ	W15x-13mm		
機械Ser.No	71208	測定範囲	0~20mm		
製造年月	年 月	明るさ調整	3段階		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし




・可動部動作

Z軸(上下動作) 粗動/微動 確認

・測定

社内サンプル: BC7.60 HCL使用



・通電確認

電源ランプ点灯 確認

照明点灯/調整Sw切替 確認

表示部 確認

リセットSw 確認



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 5H ]

検査担当者[ Tokunaga ]

ユーザー名[ ]

出荷日 年 月 日

