

動作確認チェックシート

検査日	2020年5月19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	卓上排気ブース	電源電圧	AC100V55/65w	風量	75m ³ /h
型式	Venticap502	周波数	(50 / 60)Hz	タイプ	パネルタイプ
メーカー名	Captair(アズワン)	外寸w、d、h	700x500x660		
機械Ser.No	Venticap502-108-2013-CN	フィルター	プレフィルター		
製造年月	2013		活性炭フィルター		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4		
5 消費電流	クランプで実測。	
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- クリーンベンチではない、排気ダクトで弊社風速計で約10m/sec以上確認、計算上約74m³/h。
前面扉固定位置2か所、後片付けLEDあり、AC100V点灯確認。



後付けLED



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

