

# 動作確認チェックシート

検査日	2021年1月25日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	マントルヒーター	電源電圧	AC100V		
型式	HF-500T	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	井内盛栄堂	フラスコ容量	500mL		
機械Ser.No	LH0611-914	外寸w、d、h	200x270x140		
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4		
5 消費電流	クランプで実測。	
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 弊社温度計熱電対を入れて、温度調製つまみHIで300℃以上確認。  
熱すると異臭がひどい、長時間加熱しても臭いが取れない。



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG

) 作業工数[ 1 H]

検査担当者[ 上田 ]

