

動作確認チェックシート

検査日	2019年 9月 11日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	フィルム曲げ試験機	電源電圧	単相 100V 最大10A	サンプルサイズ	長さ100×幅100mm
型名	IMC-0092	周波数	50・60Hz兼用		長さ297×幅210mm
メーカー名	(株)井元製作所	本体Ser.No	部品表番号 00 92 000 4	曲げラップ角度	180°
外形寸法・重量	W750×D526×H839・約110kg	製造年月	2014年頃	曲げ速度	30 / 60回/分

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認。 →問題なし。(付属品として、各種おもり・曲げユニット有り。)
- 2、動作確認実施。 →通電時のランプ及び表示確認、問題なし。
→通電後の原点復帰動作確認、問題なし。
- 3、サンプル品フィルムによる動作確認実施。 →動作問題なし。
→フィルムのセット・チャック固定/チャック解除・おもり載せ・チャック位置調整確認OK。
→動作時にドアインターロック確認OK。

動作確認



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3H]
 検査担当者[小林(克)]
 ユーザー名[]

】出荷日 年 月 日

