

動作確認チェックシート

検査日	2025年3月14日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	フィルム曲げ試験機	電源電圧	1φ100VAC 10A	曲げ速度	30/60 回/分
型式	IMC-0092	周波数	50/60Hz	外形	W750xD526xH839 ^{mm}
メーカー名	(株)井元製作所	ワークサイズ	L100xD100 ^{mm}	質量	約110kg
機械Ser.No	00 92 000 4		L297xD210 ^{mm}		
製造年月	2014年	曲げラップ角度	180°		

チェック項目	主な確認内容			チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。			○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。			○
3 SW設定	SWの機能は正常か。			○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。			—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る			○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG)	TP (済・未対象・NG)	BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 外観確認⇒問題なし。(付属品・・・各種錘、曲げユニット)
2. 動作確認⇒通常時のランプ点灯表示問題なし。
通電後の原点復帰動作問題なし。
3. サンプル品動作確認実施⇒問題なし。

フィルムセット及びチャック固定/チャック解除及び錘載せ/チャック位置調整OK
動作時のドアインターロック確認OK



外観及び通電



起動



可変確認



原点確認



曲げ試験正転逆転確認



カウンタリセット確認

取扱説明書: 有

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
※2019年9月11日	動作確認実施・・・OK	小林(克)

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作: OK 作業工数 [1.5 hr]

検査担当者[雨宮]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

