

動作確認チェックシート

検査日	2020年 6月 22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	エルコメーター膜厚計	供給電圧	単4形乾電池 又は再充電式	アルカリ電池寿命	30~40時間 連続
型式	345 NB-MK II	測定範囲	0~1500 μ m		
メーカー名	(株)インネクスト	測定温度範囲	0~50°C		
機械Ser.No	—	寸法	56x24x120mm		
製造年月	—	重量	115g		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1.電源スイッチ投入⇒問題なし。(単4形アルカリ乾電池交換)
- 2.厚さ測定⇒問題なし。(材質を替えて夫々測定)



図1. 材質:鉄(CALL)



図2. 測定(シム124 μ m)



図3. 測定(シム1017 μ m)



図4. 材質:アルミ(CALL)



図5. 測定(シム124 μ m)



図6. 測定(シム1017 μ m)



図7. 材質:SUS(CALL)



図8. 測定(シム124 μ m)



図9. 測定(シム1017 μ m)



取扱説明書:有(但し、英文)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[2.0 Hr]

検査担当者[雨宮]

