


動作確認チェックシート

検査日	2023年 7月 27日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ダストテスター	電源電圧	1相 100~220V	外寸	W235 D235 H400
型式	TS-10N	周波数	50/60 Hz	重量	6.2 Kg
メーカー名	杉籐	接眼タイプ	単眼		
機械Ser.No		光源	ハロゲンランプ		
製造年月	年 月		ライトコントロール付		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



・動作

ライトコントローラーSw 調光変化確認
回転枠0° ~100° 回転確認




回転枠 0°


・通電確認

電源ON/OFF確認

ファン回転確認 (異音無し)



回転枠 90°



・光源ランプ



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3H]

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

